



Sz.S.P.O.O. SZP 3810/63/2024

Brzozów; 04.10.2024 r.

**ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE
CZĘŚCI NR 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w postępowaniu na dostawę aparatury medycznej w ramach zadania pn.: „Przebudowa z modernizacją i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” Sygn.: SZSPOO.SZP. 3810/63/2024, przekazuje następujące informacje:

1. W postępowaniu w zakresie części nr 1 wpłynęły następujące oferty:

OFERTA NR 1:

Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Cena oferty: 563,946,27 zł brutto
NIP: 1132885680
Wielkość przedsiębiorstwa: Duże przedsiębiorstwo

OFERTA NR 4:

Move-X Sp. z o.o.
ul. Tuwima 10a
05-822 Milanówek
Cena oferty: 486.000,00 zł brutto
NIP: 5291846157
Wielkość przedsiębiorstwa: Mikroprzedsiębiorstwo

2. Zamawiający informuje, że w postępowaniu w zakresie części nr 1 odrzucono następującą ofertę:

OFERTA NR 4:

Move-X Sp. z o.o.
ul. Tuwima 10a
05-822 Milanówek
Cena oferty: 486.000,00 zł brutto
NIP: 5291846157
Wielkość przedsiębiorstwa: Mikroprzedsiębiorstwo

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy:
Move-X Sp. z o.o.

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

1. Zamawiający w ramach **punktu nr III ppkt nr 38 załącznika nr 1 do SWZ** (tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia) zawarł wymóg zaoferowania detektora o rozdzielczości nie mniejszej niż 6,5 miliona pixeli oraz zobowiązał Wykonawców do wpisania rozdzielczości oferowanego detektora.

Wyżej wymieniony Wykonawca nie podał wymaganych danych, co jest sprzeczne z wymogami treści SWZ. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie niezgodności z warunkami zamówienia.

2. Zamawiający w ramach **punktu nr IV ppkt nr 55 załącznika nr 1 do SWZ** (tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia) zawarł wymóg zaoferowania aparatu RTG z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem do aparatu oraz zobowiązał Wykonawców do podania sposobu zabezpieczenia.

Wyżej wymieniony Wykonawca nie podał wymaganych danych, co jest niezgodne z warunkami zamówienia i oferta podlega odrzuceniu.

3. Zamawiający w zakresie **punktu nr V ppkt nr 63 załącznika nr 1 do SWZ** (tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia) zawarł wymóg zaoferowania min. 24-o miesięcznej gwarancji wraz z bezpłatnymi przeglądami w tym okresie. Zobowiązał jednocześnie Wykonawców do podania oferowanego okresu gwarancji.

Wyżej wymieniony Wykonawca wpisał jedynie „Tak”, bez podania długości okresu gwarancji, co jest sprzeczne z warunkami zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty.

W związku z powyższym, oferta Wykonawcy Move -X Sp. z o.o. złożona w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia podlega odrzuceniu z powodu niezgodności z warunkami zamówienia.

3. Ocena ofert.

Ocena ofert w zakresie części nr 1

OFERTA NR 1:

Siemens Healthcare Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

Cena oferty: 563,946,27 zł brutto

NIP: 1132885680

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże przedsiębiorstwo

Przyznane punkty:

- wynikające z kryterium cena – możliwe do uzyskania 60,00 pkt

Oferta nr 1: 60,00 pkt

- wynikające z kryterium parametry techniczne - możliwe do uzyskania 40,00 pkt

Oferta nr 1: 40,00

Łączna punktacja przyznana ofercie:

Oferta nr 1: 100,00 pkt

4. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

OFERTA NR 1:

Siemens Healthcare Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

Cena oferty: 563,946,27 zł brutto

NIP: 1132885680

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże przedsiębiorstwo

Wielkość przedsiębiorstwa: Średnie przedsiębiorstwo

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert.

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Piłowski

