



Sz.S.POO.SZP.3810/50/2025

Brzozów, 04.06.2025 r.

**Dotyczy postępowania
Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Sygn. Sz.S.P.O.O. SZP 3810/50/2025**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Prosimy dopuszczenie możliwości złożenia oferty w poz.1 na igły do trepanobiopsji 8G x10cm ostrze kulekowane typu diament, ostre, kompatybilne ze strzykawką typu luer, ergonomiczny uchwyt typu młotek, zapewniający pewne prowadzenie igły umożliwiający stopniowanie nacisku w czasie zabiegu, ergonomiczny uchwyt wyposażony w blokadę przed odwrotnym włożeniem mandrynu oraz przed przypadkowym wysunięciem się z uchwytu, metalowy wypychacz o odpowiednim kształcie zabezpieczającym osobę wykonującą zabieg przed urazem oraz znacznikiem głębokości odpowiadającej długości igły i odpowiedniej grubości, prowadnik wypychacza ułatwiający wprowadzenie wypychacza do igły i usunięcie biopatu z zakończeniem uniemożliwiającym zniszczenie materiału, wypychacz o średnicy wewnętrznej igły, zakończenie ostrza igły nie pozwalające na wysunięcie się pobranego walca kostnego. Rozmiar 8G x 10cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.2 igieł w rozmiarze 16G x 70mm (co odpowiada rozmiarowi w calach 2,688), o parametrach opisanych w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 Ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne:

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że

wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. Pakiet 10 poz. 2: Czy nie doszło do omyłki w opisie pierwszej serwety 240x150cm z wycięciem, ponieważ w serwecie do operacji tarczycy nie są potrzebne tego typu otwory. Czy omyłkowo nie został skopiowany **opis serwety z pozycji nr 1?**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę, w opisie i wykreśla się „ z dwoma otworami okrągłymi o średnicy 12 cm na wysokości obojczyków wypełnionych folią chirurgiczną wokół otworów dodatkowa warstwa chłonna o wielkości 120 x80 cm

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 5

Pytanie 5. Prosimy o dopuszczenie **w części 5 w pozycji 9**, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy do usuwania złogów tylko w rozmiarze 2x4, 1.5x3.5, 3x6. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Prosimy o dopuszczenie **w części 5 w pozycji 10**, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań stopniowych tylko o średnicy 5-7-9.6 oraz 5-7-8.4Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 15**, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów igłowych trójkanałowych cewnik 7.5Fr temperowany do 6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Prosimy o dopuszczenie **w części 5 w pozycji 17**, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów trzustkowych z temperowanym końcem dla rozmiaru 7, 8.5 i 10Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Prosimy o dopuszczenie **w części 5 w pozycji 18**, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów trzustkowych z jednym jęczyzkiem uniemożliwiającym migrację. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 21**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego posiadających w zestawie dla cewnika o średnicy 6.3Fr jeden obturator. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 24**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów dostępu przezskórnego z koszulką w rozmiarze 4/7Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Prosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej kary umownej do poziomu 20% wartości brutto umowy. Zaproponowana kara na poziomie 100% wartości umowy jest zbyt wygórowana.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

W związku z dużą wartością przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 wzoru umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14. Dot. par. 2 ust. 7 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia całego asortymentu podczas jednej dostawy.

Uzasadnienie: Zamówienie może zostać zrealizowane w więcej niż jednej dostawie ze względu na rodzaj i tryb dostawy. Produkty wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych są dostarczane samochodem typu chłodnia, natomiast pozostałe produkty mogą nie wymagać specjalistycznych warunków dostawy. Dodatkowo, w przypadku realizacji zamówienia w trybie ekspresowym jest ono dostarczona za pośrednictwem innej firmy kurierskiej niż zamówienia standardowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i odpowiedzią na pytanie nr 20.

Pytanie 15. Pakiet 14 .Pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley bez dodatkowych etykiet samoprzylepnych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16. Pakiet 14. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley w rozmiarze CH6 – długość 310mm – pojemność balonu 3ml, CH8 – długość 310mm – pojemność balonu 5ml,

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17. Pakiet 3. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści znacznik o średnicy 1,0mm i długości 3,0mm, umieszczony w igle 18G – 20cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści do podawania w Części 2 cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości

zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19. Dotyczy § 2 pkt 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości minimalnej zamówienia na 250 zł netto?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Magazyn Medyczny Kupującego (ul. Ks. J. Bielańskiego 18, Brzozów) w terminie określonym w ofercie Sprzedającego.

Wykonawca dostarczający wyroby medyczne zaliczane do klasy IIa, IIb i klasy III, zobowiązany jest podawać na fakturze sprzedaży oprócz danych wynikających z przepisów podatkowych, następujące informacje:

- 1) kod EAN
- 2) datę ważności
- 3) numer LOT
- 4) numer REF

Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie będzie mniejsza niż 250 zł netto.

Pytanie 20. Dotyczy § 2 pkt 7. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację dostaw w częściach, jeśli miałyby to doprowadzić, do zwłoki w realizacji całego zamówienia, w przypadku przejściowego braku na magazynie jednej, czy dwóch pozycji z zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w przypadku wcześniejszego uzgodnienia realizacji zamówienia z pracownikiem składającym zamówienie.

Pytanie 21. Dotyczy § 5 pkt 1, Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu powyższego paragrafu na:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne:
 - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22. Dotyczy § 5 pkt 2. Prosimy o ograniczenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23. Dotyczy § 6 pkt 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów i zadeklaruje zakup asortymentu o wartości minimum 60 % wartości umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24. Dotyczy Część 2 opis przedmiotu zamówienia: Kapilara litowa - do gazometrii o poj. 175µl, średnica zew. 2,3x100 mm, z heparyną litową. Opakowanie 1000 szt.

W związku z tym, iż w kolumnie pierwszej załącznika 1 Zamawiający nie podał LP. ww. przedmiotu Zamówienia – prosimy o potwierdzenie czy ww. przedmiot powinien mieć nr 2, a pakiet zawiera 22 pozycji asortymentowych.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 25. Dotyczy Część 2 poz. 8-10. W ww. pozycjach Zamawiający wymaga pipet automatycznych jednokanałowych o stałej pojemności wskazując zakres od....do... Prosimy o potwierdzenie, iż jest to omyłka pisarska i zgodnie ze wskazanym zakresem pojemności Zamawiający wymaga pipet jednokanałowych o zmiennej pojemności zgodnie z dalszym opisem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26. Dotyczy Część 2 poz. 11. Zamawiający wymaga pipety automatycznej 100µl jednokanałowej o stałej pojemności wskazując zakres 100-1000µl. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga pipety automatycznej 100µl jednokanałowej o stałej pojemności 100µl, czy pipety jednokanałowej o zmiennej pojemności w zakresie 100-1000µl?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27. Dotyczy Część 2 poz. 12. Zamawiający wymaga pipety automatycznej 1000µl jednokanałowej o stałej pojemności wskazując zakres 1000-5000µl. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga pipety automatycznej 1000µl jednokanałowej czy pipety jednokanałowej o zmiennej pojemności w zakresie 1000-5000µl?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28. Dotyczy Część 2 poz. 16. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek do OB. podciśnieniowych?

Odpowiedź: Tak z cytrynianem.

Pytanie 29. Dotyczy Część 2 poz. 1, 19. Prosimy o zweryfikowanie ilości zamawianych igieł oraz uchwytów, gdyż podane przez Zamawiającego zapotrzebowanie ilościowe „40 szt.” jest za małe w

stosunku do zapotrzebowania ilościowego probówek do OB (poz. 16), oraz jest mniejsze niż najmniejsze opakowanie handlowe wynoszące 100 szt..

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4 op. (400 sztuk) igieł z odpowiednim przeliczeniem uchwytów.

Pytanie 30. Dotyczy Część 2 dodatkowe wymagania, pkt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł pochodzących od innego producenta niż probówki i uchwyty, ale w pełni kompatybilnych z zaoferowanymi probówkami i uchwytami do podciśnieniowego pobierania krwi do badań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31. dotyczy umowy § 5 ust. 2 - Zwracamy się z prośbą o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do 20 % wartości brutto umowy . Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 40% wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. W orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy Z poważaniem Małgorzata Chmielewska

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32. Pakiet 10. Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do stymulatorów serca w składzie:

1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µm, wzmocniona
2x Ręcznik chłonny do rąk 30x39 cm z mikrościągą
2x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2 w rozmiarze XLL 150 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym
2x Igła 21G o długości 5 cm
1x Ostrze chirurgiczne nr 23
1x Strzykawka 5 ml L/L 3-częściowa
2x Strzykawka 20 ml L/S 2-częściowa
20x Kompresy gazowe z nitką RTG 16W 17N 10x10 cm
5x Kompresy gazowe 16W 17N 10x10 cm
1x Torba papierowa
1x Osłona prostokątna o długości 142 cm o średnicy 142 cm
1x Serweta do wszczepiania rozruszników 232x390 cm z dwoma otworami 15x18 cm wypełnionymi folią, wzmocniona w miejscu krytycznym z przezroczystymi panelami bocznymi. Wykonana z

bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m², niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$) ze wzmocnieniem chłonnym o łącznej gramaturze max. 158 g/m² o zdolności absorpcji min. 450 % (min. 705 ml/m²).

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z wiekiem do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33. Pakiet 10. Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na tarczycy w składzie:

1x Serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem z PP w części centralnej (owinięcie zestawu)

1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², XL 130 cm

3x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony folią PE, XL 140 cm

1x Serweta na stół Mayo 80x142 cm

2 x Kompres gazowy wielkość 10x10 cm, nitka RTG, 17 nitek, 16 warstw, wiązany po 10 sztuk

2 x Kompres gazowy wielkość 5x5 cm, 17 nitek, 12 warstw, wiązany po 10 sztuk

1 x Tupfer gazowy wielkość 12x12 cm, kulka, z nitką RTG, wiązany po 10 sztuk

1x Ostrze chirurgiczne nr 20, stal węglowa

1x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm

1x Miska 500 ml, skalowana, wysokość 6 cm, średnica 11,7 cm

1x Opatrunek chłonny 10x15 cm Curapor

1x Kieszeń na narzędzia dwukomorowa z folii PE 41x33 cm przylepna

1x Serweta w kształcie litery „T” o wymiarach min.196x269x309 cm +/-3 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13cm (paski kleju max. szerokość 2 cm, klej repozycjonowalny) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepyłącego (wskaźnik pylenia max.1,9Log₁₀) trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max.66g/m² (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetrację wody min.200cm H₂O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75 +/-1 cm) min.570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25 cm +/- 1 cm i 3 podwójne uchwyty na przewody. Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe wentylowana torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności i kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, który umożliwia otwarcie bez używania ostrych narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34. Pakiet 10. Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do operacji piersi w składzie :

1x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm

1x serweta na stół Mayo 80x142 cm

2x przylepna serweta 90x75cm ze wzmocnieniem 60x25 cm

1x przylepna serweta 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm ze zintegrowanym podwójnym uchwytem na przewody

1x przylepna serweta 175x200 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm ze zintegrowanym podwójnym uchwytem na przewody

1x taśma lepna 9x50 cm

1x uchwyt na przewody typu rzep 14x2,5 cm

2x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią 20x30 cm

3x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmocniony, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Odporność na penetrację wody – min. 170 cmH₂O, poza obszarem krytycznym min.45 cmH₂O. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Rzep o długości min. 17 cm ,rozmiary: 1x L 120cm i 2x XL 140cm Fartuch w rozmiarze L i zapakowany dodatkowo we włókninę i umieszczony w pierwszej warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu).Serwety okrywające pacjenta, wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m² i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H₂O, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log₁₀. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach zabezpieczające część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35. Pakiet 13

- 1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?
- 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36. W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie gwarantowanego poziomu realizacji umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby gwarantowany poziom realizacji umowy wynosił minimum 60% wartości umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym podejmują niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia wystarczającej ilości przedmiotu dostawy. Zwolnienie się Zamawiającego z zobowiązania nabycia co najmniej 60% przedmiotu umowy naraża Wykonawcę na niczym nieuzasadnione straty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 271 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

1. Część XIV. Termin związania z ofertą – pkt.1.

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.09.2025r.

2. Część XVIII. Sposób oraz termin składania ofert – pkt.4.

Nowa treść pkt. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Termin składania ofert ustala się na dzień: 16.06.2025r. godz.10:00.

3. Część XIX. Termin otwarcia ofert – pkt.1.

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2025r. o godzinie 10:30.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.


Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Piławski

