

Sz.S.POO. SZP. 3810.7.2026

Brzozów, 17.02.2026 r.

Dotyczy: dostawę sprzętu medycznego, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Doposażenie Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii i Pracownią Elektroterapii Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”. Znak sprawy: SZSPOO.SZP.3810.7.2026.

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5:

a. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonej części przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 4 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości niewykonanej/ nienależyście wykonanej części przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- odstąpienia od umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego, w szczególności z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy , § 5 b otrzymuje brzmienie:

b. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonej części przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 4 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości niewykonanej/ nienależyście wykonanej części przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- odstąpienia od umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego, w szczególności z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną

w wysokości **10 % niezrealizowanej** wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Pytanie 2. Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy , § 5 g otrzymuje brzmienie:

g. łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wartości brutto zawartej umowy.

Pytanie 3. Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _____ na adres e-mail: _____.]

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury, w systemie KSeF przy czym podstawą do przyjęcia faktur jest podpisany przez Strony protokół odbioru o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Sprzedający zobligowany jest do wystawienia faktury w dniu podpisania protokołu odbioru.
3. W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _____ na adres e-mail: _____.

4. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
5. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, bez pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.)

Część nr 3 KARDIOMONITOR – 8 SZT.

Pytanie 4, dot punktu 3- „Zaoferowany system monitorowania pacjenta dla OIOM. Konieczność połączenia zaoferowanego systemu z serwerem umożliwiającym przesyłanie i gromadzenie danych z w/w oddziałów. W przypadku konieczności upgrade systemu Wykonawca wykona to w ramach umowy” Czy Zamawiający ma na myśli dostawę kardiomonitorów na oddział Kardiologiczny oraz połączenie serwera ze sprzętem kupowanym w obecnym postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, chodzi o Oddział Kardiologii.

Pytanie 5, dot punktu 43- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, z których dwa zaoferowane urządzenia będą posiadały pomiaru temperatury w dwóch kanałach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, dot punktu 60- „Licencje na kardiomonitor, tzn. serwerowe, które będą znajdować się na przestrzeni dyskowej Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez dział IT.”

Czy Zamawiający potwierdza przekazanie przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Zamawiającego w celu instalacji licencji ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wydzieli miejsce na przestrzeni dyskowej na serwer wirtualny pod licencje na kardiomonitor.

Część nr 5- Centrala monitorująca do kardiomonitorów na salę intensywnego nadzoru

Pytanie 7, dot punktu 60- Czy Zamawiający dopuści wykonanie szkolenia osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej/ konserwacji, potwierdzone imiennymi dokumentem . Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji zostanie dostarczona w wersji elektronicznej instrukcja serwisowa. Zostaną udostępnione kody serwisowe po upływie gwarancji udzielonej na sprzęt?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w kwestii szkoleń dla Sekcji Aparatury Medycznej.

Pytanie 8. Czy Zamawiający w części 6 dopuści aparat do kontrapulsacji typu Arrow:

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025.

Modułowa budowa pompy.

Masa pompy kompletnej nie większa niż 48kg

Kolorowy składany monitor LCD z możliwością odłączenia od konsoli w czasie transportu, przekątna ekranu nie mniejsza niż 13”

Pulpit sterowania nastawami pompy w postaci ekranu dotykowego z możliwością autoblokady.

Graficzna prezentacja stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem

Oprogramowanie w języku polskim

Praca pompy w trybach: automatyczny, z dostępnymi w trakcie pracy funkcjami i ręczny

Dostępne tryby wyzwalania kontrapulsacji sygnałem EKG, falą ciśnienia, Rozrusz. V/AV, Rozrusz. A i Wewnętrzny)

Wyjście sygnału ciśnienia do zewnętrznego monitora

Wejście sygnału ciśnienia i EKG od zewnętrznego monitora do pompy

Zakres częstotliwości pracy pompy pozwalający na kontrapulsację w zakresie minimum od 40 do 200 bpm

Drukarka termiczna dwukanałowa

Prędkość wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyświetlanych danych na monitorze minimum 25 mm/s

System alarmów dźwiękowych i optycznych dla wszystkich parametrów

- wyciek helu
- niskiego ciśnienia helu
- utraty wyzwalania EKG
- odklejenia elektrod
- nieprawidłowości komputera sterującego pracą pompy

Menu kontekstowe dotyczące alarmów w języku polskim, wyświetlane na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego

Samotestowanie urządzenia w czasie uruchamiania i cyklicznie podczas pracy (w tym weryfikacja ciśnienia pracującego gazu)

Pompa wyposażona w kontrolę ilości He w układzie cewnika z automatycznym uzupełnianiem braków z powodu dyfuzji gazu

Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu serca i wyzwalania załamkiem R w przypadku migotania przedsionków

Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji

Ciągła kontrola jakości sygnału wszystkich odprowadzeń EKG z identyfikacją i komunikatami na wypadek awarii odprowadzenia

Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu

Pompa przystosowana do współpracy z cewnikami wyposażonymi w światłowodową transmisję sygnału ciśnienia

Kalibracja czujnika światłowodowego balonu przed wprowadzeniem cewnika do pacjenta i podłączeniu balonu do pompy

Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez przerywania terapii

Urządzenie dostosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu karetką i lotniczego

Pompa zamontowana na wózku z czterema kołami skrętnymi,

Pompa wyposażona w wewnętrzny zintegrowany obieg helu gwarantujący autonomiczność pracy

W zestawie dla każdej z pomp:

- butle z helem wielokrotnego użytku – minimum 3 szt.
- kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy
- papier do drukarki

Zasilanie sieciowe 230V (+/- 10%), 50Hz Zasilanie z akumulatorów min. 1,5 godz.

Gwarancja minimum 36 miesięcy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9. Wnosi o modyfikację § 4 pkt.c,d stanowiącego treść załącznika nr 7 do SWZ, zgodnie z poniższą propozycją:

Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży, z **wyłączeniem usterek oraz awarii powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania i błędnej obsługi przez Zamawiającego.**

Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji do 7 dni roboczych ~~od zgłoszenia~~. **liczony od momentu dostarczenia urządzenia przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas usunięcia awarii ulega wydłużeniu do 15 dni roboczych.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 4 pkt. c, d na:

c. Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży, z **wyłączeniem usterek oraz awarii powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania i błędnej obsługi przez Zamawiającego.**

d. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji do 7 dni roboczych **od zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas usunięcia awarii ulega wydłużeniu do 15 dni roboczych.**

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 271 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

1. Część XIV. Termin związania z ofertą – pkt.1.

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.06.2026r.

2. Część XVIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt.4.

Nowa treść pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

4. Termin składania ofert ustala się na dzień: 09.03.2026r. godz.10:00.

3. Część XIX. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt.1.

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2026r. o godzinie 10:05.

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Piławski



