



Sz.S.POO. SZP.3810.49.2026

Brzozów: 31.07.2026 r.

Dotyczy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawa odczynników laboratoryjnych do
sekwencjonowania NGS, przy użyciu aparatu Illumina.
Sygn. sprawy Sz.S.POO.SZP.3810.49.2026

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

dotyczy: **Formularza cenowego**

W przypadku oferowanych przez nas odczynników Producent gwarantuje, że okres ich ważności w chwili dostawy wynosi minimum 3 miesiące. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający może zamawiać odczynniki sukcesywnie co gwarantuje, że zostaną one wykorzystane w terminie. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 miesiące liczonym od dnia dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 miesiące liczone od dnia dostawy.

Pytanie nr 2

dotyczy: **Formularza cenowego, poz. 1**

Kartridż kompatybilny z sekwenatorem Illumina NextSeq 550, który zapewnia pozyskanie do 39Gb danych podczas sekwencjonowania o długości 300 cykli generuje do 130M odczytów pojedynczych (czyli do 260M odczytów w trybie sparowanych końców). Czy Zamawiający dopuści takie parametry kartridża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedstawione parametry kartridża.

Pytanie nr 3

dotyczy: **Formularza cenowego, poz. 2**

Kartridż kompatybilny z sekwenatorem Illumina NextSeq 550, który zapewnia pozyskanie do 120Gb danych podczas sekwencjonowania o długości 300 cykli generuje do 400M odczytów pojedynczych (czyli do 800M odczytów w trybie sparowanych końców). Czy Zamawiający dopuści takie parametry kartridża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedstawione parametry kartridża.

Pytanie nr 4

dotyczy: **Formularza cenowego, poz. 6,7,8**

Zamawiający oczekuje dostawy opakowań na 24 oznaczenia. Czy Zamawiający dopuści, że opakowanie na 24 oznaczenia będzie składało się z 3 opakowań po 8 oznaczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie na 24 oznaczenia, że będzie składało się z 3 opakowań po 8 oznaczeń.

Pytanie nr 5

dotyczy: **Formularza cenowego, poz. 6,7,8**

Czy Zamawiający dla pozycji nr 6, 7, 8 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 9 tygodni.

Pragniemy podkreślić, że wyspecyfikowane produkty to panele rozszerzone (typu custom), które nie znajduje się na liście gotowych paneli producenta i w konsekwencji posiadają wydłużony czas produkcji, co uniemożliwia ich dostawę we wskazanym terminie 6 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 9 tygodni dla pozycji 6,7, 8.

Pytanie nr 6

dotyczy: **wzoru umowy, § 3 ust. 1**

Prosimy o dopuszczenie skrócenia terminu płatności do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Termin 60 dni powoduje istotne obciążenie finansowe Sprzedającego przy obowiązku wcześniejszego finansowania zakupu i dostawy produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy w umowie bez zmian.

Pytanie nr 7

dotyczy: **wzoru umowy, § 3 ust. 4**

Prosimy o zmianę § 3 ust. 4 poprzez zastąpienie określenia „produkt leczniczy” określeniem „wyrób medyczny / odczynnik laboratoryjny”, odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany, nowa treść § 3 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

4. *W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować odczynnik laboratoryjny o identycznej nazwie międzynarodowej pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena odczynnika laboratoryjnego objętego umową. Zmiany umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.*

Pytanie nr 8

dotyczy: **wzoru umowy, § 4 ust. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższą treścią:

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 4 niniejszej umowy – w wysokości 2,0% wartości niezrealizowanych dostaw, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu sprzedaży – 2,0 % wartości zamówienia, który miał być wydany za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

dotyczy: wzoru umowy, § 6 ust 2

Prosimy o wprowadzenie obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania dostawy w dodatkowym terminie przed odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy zwłoka powoduje rzeczywiste zagrożenie dla działalności Kupującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

dotyczy: wzoru umowy, § 6 ust 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego poziomu realizacji umowy z 30% do 70% wartości umowy? Ustalenie minimalnego poziomu realizacji na poziomie 70% wartości umowy pozwoli na właściwe skalkulowanie oferty, ograniczenie ryzyka gospodarczego Wykonawcy oraz zapewni zachowanie równowagi ekonomicznej stron, bez negatywnego wpływu na możliwość elastycznego zamawiania asortymentu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Część XIV punkt 1 – termin związania ofertą

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.11.2026r.

2. Część XVIII punkt 4 – Sposób oraz termin składania ofert

Nowa treść pkt 4 otrzymuje brzmienie:


Termin składania ofert ustala się na dzień: 11.08.2026r. godz. 10:00

3. Część XIX punkt 1 – Termin otwarcia ofert

Nowa treść pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.08.2026r. godz. 10:05

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.


Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Piławski

