



Sz.S.POO. SZP. 3810.56.2026

Brzozów, 10.09.2026 r.

DOTYCZY: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ORAZ JAKOŚCI LECZNICTWA ONKOLOGICZNEGO W WOJ. PODKARPACKIM PRZESZ ROZBUDOWĘ, MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOSOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO ZADANIE NR. 3 PN. DOPOSAŻENIE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO”

Znak sprawy: SZSPOO.SZP.3810.56.2026.

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

CZĘŚĆ NR 3 – Lodówka na leki

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną 600 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści 3 szt. półek drucianych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści wnętrze z tworzywa sztucznego HIPS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego na biało?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu 42 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie, po co Zamawiającemu lodówka na leki, która ma być przystosowana do przechowywania substancji potencjalnie wybuchowych? Taka lodówka musi posiadać certyfikację ATEX i dedykowana jest raczej do petrochemii, a nie do leków. Proszę o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7. Lodówki farmaceutyczne oraz laboratoryjne nie są wyrobami medycznymi i nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych. Proszę o dopuszczenie lodówek bez certyfikatu i rejestracji wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na chłodziarkę z wnętrzem beziskrowym, które jest odpowiednie do przechowywania substancji łatwopalnych w zamkniętych pojemnikach. Spełnia wymogi normy ATEX 2014/34/EU o wymiarze zewnętrznym 600x600x835 150/122L. Czy temperatura nastawy w zakresie +1°C / +10°C będzie odpowiednia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9. Zamawiający napisał: "Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania substancji potencjalnie wybuchowych" - czy Zamawiający wymaga aby chłodziarka posiadała certyfikat ATEX?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 10. Zamawiający określił pojemność urządzenia jako: „maksimum 220 l brutto, maksimum 190 l netto”, nie wskazując jednocześnie minimalnej wymaganej pojemności chłodziarki.

Czy Zamawiający doprecyzuje wymaganie poprzez określenie minimalnej pojemności urządzenia, np. na poziomie minimum 200 l brutto oraz minimum 170 l netto?

Obecny zapis, wskazujący wyłącznie wartości maksymalne, dopuszcza bowiem zaoferowanie urządzeń o znacznie mniejszej pojemności, które mogą nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom Zamawiającego.

Odpowiedź: Minimum 210 l brutto, minimum 180 l brutto.

Pytanie 11. Zamawiający określił maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia na poziomie 595 × 640 × 1220 mm, nie wskazując jednocześnie minimalnych wymaganych wymiarów.

Czy Zamawiający doprecyzuje wymaganie poprzez określenie minimalnych dopuszczalnych wymiarów urządzenia lub wskazanie przedziału wymiarowego, w jakim powinna mieścić się oferowana chłodziarka?

Obecny zapis, określający wyłącznie wymiary maksymalne, dopuszcza bowiem zaoferowanie urządzenia o wymiarach znacznie mniejszych, które mogą nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu nie większy niż 35,2 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Pytanie część 3. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o poziomie hałasu wynoszącym 35,2 dB, spełniającą wszystkie pozostałe wymagane parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14. Dotyczy części 6 Aparatu USG punktu 85 parametry techniczne. Czy Zamawiający dopuści głowicę liniową o długości czoła 34,8 mm spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 – Część nr 4 i Część nr 8 – lp. 3. Czy Zamawiający dopuści czaszę lampy składającą się z 5 modułów świetlnych LED? Liczba modułów świetlnych jest rozwiązaniem konstrukcyjnym producenta i sama w sobie nie przesądza o jakości oświetlenia. Istotne są przede wszystkim parametry użytkowe lampy, takie jak natężenie, równomierność i głębokość oświetlenia pola zabiegowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 – Część nr 4 i Część nr 8 – lp. 10. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 40–100%? Oferowany zakres regulacji jest wystarczający do typowych zastosowań medycznych i pozwala na dostosowanie intensywności oświetlenia do rodzaju wykonywanego zabiegu oraz potrzeb użytkownika.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 – Część nr 4 i Część nr 8 – lp. 14. Czy zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową o 3 stopniach – 3800/3400/4800K? Jest to parametr lepszy niż wymagany.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 – Część nr 4 i Część nr 8 – lp11. Czy Zamawiający dopuści lampę bez funkcji pamięci ostatniego ustawienia natężenia światła? Regulacja natężenia w oferowanej lampie jest szybka, prosta i intuicyjna, dzięki czemu użytkownik może w krótkim czasie ustawić odpowiedni poziom oświetlenia po uruchomieniu urządzenia. Brak funkcji pamięci nie wpływa na podstawową funkcjonalność lampy ani komfort jej codziennego użytkowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19 – Część nr 4 i Część nr 8 – lp 4. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 34 diody LED zamiast 40? Różnica w liczbie diod jest niewielka i nie wpływa negatywnie na funkcjonalność ani jakość oświetlenia. Oferowana lampa zapewnia odpowiednie natężenie, równomierność oraz właściwe oświetlenie pola zabiegowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 – Część nr 4 i Część nr 8 – lp 15. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy pola oświetlenia w zakresie 15–25 cm? Oferowany zakres umożliwia wygodne dopasowanie wielkości pola świetlnego do rodzaju wykonywanego zabiegu i jest wystarczający do typowych zastosowań medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21 – Część nr 4 i Część nr 8 – lp20. Czy Zamawiający dopuści lampę o poborze mocy 61 VA? Oferowany pobór mocy wynika z zastosowanej technologii i nie wpływa negatywnie na funkcjonalność, jakość oświetlenia ani bezpieczeństwo użytkowania lampy. Urządzenie wykorzystuje energooszczędną technologię LED i zapewnia wymagane parametry oświetleniowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 – Część nr 4 i Część nr 8. Czy Zamawiający dopuści lampę z zasilaczem niezintegrowanym z czaszą lampy? Zastosowanie zasilacza umieszczonego poza czaszą jest rozwiązaniem konstrukcyjnym producenta i nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, funkcjonalność ani jakość pracy lampy. Rozwiązanie to ogranicza liczbę elementów elektrycznych znajdujących się bezpośrednio w czaszy oraz zmniejsza ilość ciepła generowanego w jej wnętrzu, co jest rozwiązaniem korzystniejszym z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji i trwałości urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 – Część nr 4 i Część nr 8. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu, i szkolenia stacjonarnego, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu. Szkolenie personelu proponujemy w formie szkolenia online które jest tak samo skuteczne, a pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. Akceptacja w.w. próśb uczyni ofertę znacznie korzystniejszą ekonomicznie i bardziej przyjazną dla środowiska redukując niepotrzebnie tworzony ślad węglowy powstały z niepotrzebnym przyjazdem pracownika sprzedawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 – Część nr 5. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3600–5400 K? Oferowany zakres jest szeroki i pozwala na dostosowanie barwy światła do rodzaju wykonywanego zabiegu oraz preferencji użytkownika. Zapewnia odpowiednie warunki oświetlenia w typowych zastosowaniach medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 – Część nr 5. Czy Zamawiający dopuści lampę bez dodatkowych uchwytów niesterylnych, wyposażoną w jeden centralny uchwyt sterylny służący do pozycjonowania czaszy? Dodatkowe uchwyty niesterylne zwiększają liczbę powierzchni wymagających czyszczenia i dezynfekcji. Oferowane rozwiązanie z

jednym centralnym uchwytem sterylnym zapewnia wygodne i precyzyjne pozycjonowanie lampy, a jednocześnie ułatwia utrzymanie czaszy w czystości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 – Część 5 – montaż. Jaka jest wysokość pomieszczenia (od podłogi do sufitu podwieszanego lub stropu)?

Odpowiedź: Wysokość pomieszczenia od podłogi do stropu wynosi 356 cm.

Pytanie 27 – Część 5 – montaż Jaki jest typ/materiał sufitu?

Odpowiedź: Żelbet- 18 cm grubości.

Pytanie 28 – Część 5 – montaż. W jakich godzinach możliwy jest montaż lampy (ze względu na dostęp do pomieszczeń/hałas podczas montażu/kurz)?

Odpowiedź: Montaż możliwy w godzinach 7:00-15:00.

Pytanie 29 – Część 5 – montaż. Czy istnieje możliwość dojazdu do budynku w którym ma być montowana lampa/ koszty parkowania?

Odpowiedź: Istnieje możliwość dojazdu do budynku, brak kosztów parkowania.

Pytanie 30 – Część 5 – montaż. Czy są wymagane inne prace związane z malowaniem/tynkowaniem itp.?

Odpowiedź: Nie są wymagane.

Pytanie 31 – Część 5 – montaż. Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź: TAK, lampa operacyjna Famed Surgilux.

Pytanie 32 – Część 5 – montaż. Czy w miejscu montażu lampy zamontowany jest nawiew laminarny, którego dolna krawędź jest niżej niż sufit?

Odpowiedź: TAK.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 271 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

1.Wzór oferty załącznik nr 1 do SWZ – Części 1-9 Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu znajdującego się w załączniku nr 1 do SWZ w zadaniach 1-15 poprzez dopisanie w pozycji opis przedmiotu zamówienia :

Kraj pochodzenia produktu, ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

2. Część XIV. Termin związania z ofertą – pkt.1.

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.01.2027r.

3. Część XVIII. Sposób oraz termin składania ofert – pkt.4.

Nowa treść pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Termin składania ofert ustala się na dzień: 25.09.2026r. godz.10:00.


4. Część XIX. Termin otwarcia ofert – pkt.1.

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2026r. o godzinie 10:05.

5. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 wzór umowy w § 6 i 7- w załączeniu.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych

mgr Piotr Orszul MBA


a

