



SZ.S.POO.SZP.3810.61.2026

Brzozów, dnia 05.10.2026r.

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji”, Sygn.SZSPOO.SZP.3810/61/2026.

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zapewnia dostęp do certyfikowanego fantomu gęstościowego (tkankorównoważnego), potocznie nazywanego w radioterapii „fantomem gęstości elektronowej” np. CIRS Model 062M (Electron Density Phantom), Sun Nuclear / Gammex 467 (Electron Density Phantom), PTW T42023 (fantom gęstości elektronowej) lub inny?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewni dostęp do certyfikowanego fantomu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wskaże jaki fantom tkankorównoważny należy zastosować do wyznaczenia krzywej?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewni dostęp do certyfikowanego fantomu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może wskazać jakie minimum wkładki symulujące tkanki należy użyć oraz dla jakich napięć należy wyznaczyć matrycę wyników?

Odpowiedź:

Zamawiający wskaże wkładki i określi parametry wraz z dostarczonym fantomem.

Pytanie nr 4

W związku z odpowiedzią nr 16 oraz wymaganiem integracji aparatu TK z systemem automatycznego konturowania, prosimy o podanie nazwy systemu do automatycznego konturowania z którym ma być zintegrowany aparat TK

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system do automatycznego konturowania w radioterapii „Al-Rad Companion”

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, czy obowiązek utylizacji istniejącego aparatu TK, w miejscu którego zostanie zainstalowany nowy tomograf komputerowy, spoczywa na Wykonawcy.

Odpowiedź:

Obowiązek utylizacji spoczywa po stronie Wykonawcy.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Pilawski