



SZ.S.POO.SZP.3810.61.2026

Brzozów, dnia 28.09.2026r.

**MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 22.09.2026r.**

**Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji”, Sygn.SZSPOO.SZP.3810/61/2026.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytanie nr 2 o treści:

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Punktu 12, Załącznika nr 1 do SWZ Część nr 3. Matryca do weryfikacji planów stereotaktycznych:

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następującą:  
*„Fantom przeznaczony do pomiaru rozkładów dawki w technikach dynamicznych, SRS, SBRT, wykonany z materiału o gęstości  $\leq 1,2 \text{ g/cm}^3$ ”*

**Uzasadnienie:**

Matryca, którą zamierzamy zaoferować, wykonana jest z materiału PMMA o gęstości  $1,2 \text{ g/cm}^3$ , który jest powszechnie używany w kontroli jakości w radioterapii.

**Nowa treść odpowiedzi otrzymuje brzmienie:**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostała treść pytań i odpowiedzi pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone modyfikacje odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

**Z-ca DYREKTORA**  
d/s Administracyjno-Technicznych  
*mgr inż. Piotr Piławski*