



SZ.S.POO.SZP.3810.61.2026

Brzozów, dnia 22.09.2026r.

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji”, Sygn.SZSPOO.SZP.3810/61/2026.

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga przeprowadzenia kalibracji raz do roku w okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzania kalibracji raz do roku w czasie trwania gwarancji.

Pytanie nr 2

Dotyczy Punktu 12, Załącznika nr 1 do SWZ Część nr 3. Matryca do weryfikacji planów stereotaktycznych:

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następującą:
„Fantom przeznaczony do pomiaru rozkładów dawki w technikach dynamicznych, SRS, SBRT, wykonany z materiału o gęstości $\leq 1,2 \text{ g/cm}^3$ ”

Uzasadnienie:

Matryca, którą zamierzamy zaoferować, wykonana jest z materiału PMMA o gęstości $1,2 \text{ g/cm}^3$, który jest powszechnie używany w kontroli jakości w radioterapii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy Punktu 19, Załącznika nr 1 do SWZ Część nr 3. Matryca do weryfikacji planów stereotaktycznych:

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następującą:
„W okresie gwarancji koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Nowa treść pkt. 19 załącznika do SWZ w zakresie Części 3 otrzymuje brzmienie:

19.	W okresie gwarancji koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie nr 4

Dotyczy §4, ust. 4 Załącznika nr 9 do SWZ Umowa sprzedaży - wzór:

Prosimy o zmianę niżej wymienionego zapisu tego punktu:

„Dla części 2 i 3:

- do 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy) od zgłoszenia awarii.

Termin na usunięcie awarii ulega zawieszeniu jeżeli Sprzedawcy dostarczy Kupującemu sprzęt zastępczy o parametrach nie mniejszych (gorszych), jak przedstawione w ofercie.”

na następujący:

„Dla części 2:

- do 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy) od zgłoszenia awarii.

Dla części 3:

- do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy) od zgłoszenia awarii.

Termin na usunięcie awarii ulega zawieszeniu jeżeli Sprzedawcy dostarczy Kupującemu sprzęt zastępczy o parametrach nie mniejszych (gorszych), jak przedstawione w ofercie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.


Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Pilawski