



SZ.SP.OO.SZP.3810.61.2026

Brzozów, dnia 22.09.2026r.

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji”, Sygn.SZSPOO.SZP.3810/61/2026.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

1. SWZ – Załącznik nr 1 w zakresie Części 3 - pkt. 19.

Nowa treść pkt. 19 załącznika nr 1 do SWZ w zakresie Części 3 otrzymuje brzmienie:

19.	W okresie gwarancji koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
-----	--	-----	--

Nowa treść Załącznika nr 1 do SWZ w zakresie Części 3 po dokonanej zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Pilawski

Wykonawca:

.....

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP

KRS

OFERTA – Część nr 3

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 2 pn. Doposażenie Zakładu Radioterapii oraz Apteki Szpitalnej wraz z modernizacją systemów wentylacji” składam następującą ofertę:

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto PLN
1.	Matryca do weryfikacji planów stereotaktycznych Nazwa:..... Typ: Model: Producent: Kraj producenta..... Kraj pochodzenia produktu, ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026)	szt.	1					
	Razem:						x	

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 18 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu:

Tel.

Adres e-mail:

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE I OFEROWANE

Część nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)
MATRYCA DO WERYFIKACJI PLANÓW STEREOTAKTYCZNYCH - 1 SZT.			
1.	Matryca wielodetektorowa do kontroli jakości planów leczenia wykonywanych w technikach stereotaktycznych	TAK	
2.	Budowa matrycy oparta o: diody półprzewodnikowe lub komory jonizacyjne lub CMOS	TAK, podać Parametr oceniany: Diody – 0 pkt, komory jonizacyjne - 2 pkt, CMOS - 5 pkt	
3.	Maksymalna rozdzielczość matrycy (odległość między środkami detektorów): $\leq 2,5$	TAK, podać	
4.	Ilość detektorów ≥ 1000	TAK, podać Parametr oceniany: ≥ 1000 – 0 pkt, >2000 – 5 pkt	
5.	Powierzchnia czynna matrycy - co najmniej 75 mm x 75 mm	TAK, podać Parametr oceniany: 75 mm x 75 mm – 100 mm x 100 mm – 0 pkt, >100 mm x 100 mm – 3 pkt	
6.	Zakres energetyczny fotony: 6MV, 10MV, 6MV FFF, 10MV FFF	TAK	
7.	Jednostki pomiarowe Gy	TAK	

8.	System śledzący ruch gantry	TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt	
9.	Fantom z mechanizmem do pozycjonowania na stole terapeutycznym	TAK	
10.	Dodatkowy wkład do fantomu umożliwiający pomiar dawki absolutnej komorą typu np. Farmer	TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 3 pkt, Nie – 0 pkt,	
11.	Oferowany sprzęt umożliwia wykonywanie pomiaru testu Winston Lutz	TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 3 pkt, Nie – 0 pkt,	
12.	Fantom przeznaczony do pomiaru rozkładów dawki w technikach dynamicznych, SRS, SBRT, wykonany z materiału o gęstości $<1,1 \text{ g/cm}^3$	TAK	
13.	Komputer przenośny (o parametrach wyświetlacz min. 17", min. RAM 32GB, dedykowana karta graficzna VRAM min. 8GB) wraz z bezterminową licencją na oprogramowanie dedykowane do oferowanej matrycy stereotaktycznej	TAK	
14.	Aktualizacja do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania matrycy i analizy w trakcie trwania gwarancji	TAK	
Pozostałe			
15.	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd materiały i robociznę) w okresie gwarancji przynajmniej 1 na rok o ile producent nie zaleca inaczej oraz na zakończenie okresu gwarancyjnego.	TAK	
16.	Pełny serwis w okresie gwarancji.	TAK	
17.	Autoryzowany serwis gwarancyjny - Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.	TAK, podać	
18.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat.	TAK, podać	
19.	W okresie gwarancji koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
20.	Instalacja w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.	TAK	
21.	Szkolenie min. 4 osób z obsługi w języku polskim (miejsce: siedziba Zamawiającego) po montażu. Wykonawca przy dostawie dostarczy wymaganą prawem dokumentację.	TAK	

22.	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.]. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia, części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz pełny serwis.	Tak, podać Parametr oceniany: 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt	
-----	---	---	--

.....
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

