



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w BRZOSZOWIE**
PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY
im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Brzozów, 26.09.2018 r.

SZPiGM 3810/75/2018

Dotyczy
postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego
na dostawy wyrobów medycznych
jednorazowego użytku
SZPiGM 3810/75/2018

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytania do części nr 1

Pytanie nr 1.

Pozycja 2. Prosimy o wydzielenie ww pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

Pozycja 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190 cm
- 1 serweta na stół Mayo 80x145 cm
- 1 serweta samoprzylepna 180x180 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150x240 cm
- 2 serwety samoprzylepne 75x100 cm
- 2 włókninowe OP taśmy 10x50
- 4 ręczniki 30x40

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę wymaganego minimalnego rozmiaru serwety z „1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm” na

„1 samoprzylepna serweta operacyjna 175-180 cm x 180 cm”. Z opisu wykonawcy wynika, że pozostałe minimalne wymagania zestaw spełnia.


Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych (łatą chłonną)

Skład zestawu minimum:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,
- b) 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
- d) 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm
- e) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm z dodatkową łatą chłonną
- f) 1 samoprzylepna serweta 2-warstwowa 180 cm x 180 cm z dodatkową łatą chłonną
- g) 1 samoprzylepna serweta 2-warstwowa 150 cm x 240 cm



Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego minimum w miejscach krytycznych: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 140 g/m² w miejscu krytycznym oraz 60 g/m² w pozostałym zakresie. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez:

- zmianę wymaganego minimalnego rozmiaru serwety na stolik Mayo z „1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm” na „1 serweta na stolik Mayo 78-80x145 cm”
- zmianę treści „Gramatura laminatu minimum 74 g/m² w miejscu krytycznym minimum 62 g/m² w pozostałym zakresie.” na „Gramatura laminatu minimum 74 g/m² w miejscu krytycznym minimum 60 g/m² w pozostałym zakresie.”
- zmianę treści „4 ręczniki 30x40 cm” na „4 ręczniki 30-40 cm x 35-40 cm”


Zamawiający dopuszcza dodatkowe łaty chłonne zaproponowane przez wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza zamiany wymaganych serwet trójwarstwowymi dwuwarstwowymi. Patrz również inne odpowiedzi do danej pozycji.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych

Skład zestawu minimum:



- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,
- b) 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
- d) 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm
- e) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe w strefie dedykowanej dla pacjenta 75 cm x 90 cm z dodatkową łatą chłonną
- f) 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowe w strefie dedykowanej dla pacjenta 180 cm x 180 cm z dodatkową łatą chłonną
- g) 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowe w strefie dedykowanej dla pacjenta 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego minimum w miejscach krytycznych: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 75 g/m² w miejscu krytycznym oraz 60 g/m² w pozostałym zakresie, dodatkowe łaty chłonne o gramaturze 80g/m², Całkowita gramatura w miejscu krytycznym 155g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedzi na pytania do tej pozycji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Pozycja 1. Czy można zaoferować zestaw z serwetą opisaną w poz. g) w rozmiarach 150cm x 250cm, wykonany w strefach krytycznych z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 109,5g/m² i z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57,5g na pozostałej powierzchni?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie obłożenia pacjenta wykonane z mocnego i chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 55g/m² z obszernym, niepylącym wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu w obszarze krytycznym gramaturze 116g/m². Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem

zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego zestawu.

Pytanie nr 7

Pozycja 1. Czy należy zaoferować zestaw, w których serwety okrywające pacjenta są chłonne na całej powierzchni?

Odpowiedź

Tak, należy zaoferować zestaw, w którym serwety okrywające pacjenta są chłonne na całej ich powierzchni.

Pytanie nr 8

Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylizowanych radiacyjnie, co skutkuje lekko nieprzyjemnym zapachem oraz lekko pogniecionymi serwetami, lecz zwiększa konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje sposobu sterylizacji produktu. Produkt nie może wydzielać zapachów mogących drażnić pacjenta bądź personelu używającego.

Pytanie nr 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 samoprzylepnej serwety operacyjnej 80x100cm wykonanej z przewiewnej, oddychającej, odpornej na płyny włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m².

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 samoprzylepnej serwety operacyjnej o wymiarach 160x180cm wykonanej z przewiewnej, oddychającej, odpornej na płyny włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m², we wzmocnieniu w miejscu krytycznym o wymiarach 80x50cm wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61,5 g/m² z dodatkowym organizatorem na przewody zamiast serwety samoprzylepnej o wymiarach 175x180-200cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 samoprzylepnej serwety operacyjnej o wymiarach 160x240cm wykonanej z przewiewnej, oddychającej, odpornej na płyny włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m², we

wzmocnieniem w miejscu krytycznym o wymiarach 80x50cm wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61,5 g/m² z dodatkowym organizatorem na przewody zamiast serwety samoprzylepnej o wymiarach 150x240cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 2 samoprzylepnej serwety operacyjnej o wymiarach 150x190cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61,5 g/m² zamiast samoprzylepnej serwety operacyjnej o wymiarach 170x190cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pozycja 2. Czy zamawiający wydzieli ww pozycje do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwetą o laminacie 56g/m² i składzie zestawu?

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanego zestawu.


Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy

Skład zestawu minimum:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30,5 cm x 34 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm



- d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 cm x 180 cm
- f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
- g) 1 taśma mocująca 9x50cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające minimum nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez:

- zmianę wymaganego minimalnego rozmiaru serwety na stolik Mayo z „1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm” na „1 serweta na stolik Mayo 78-80x145 cm”
- zmianę treści z „2 ręczniki 30x40 cm” na „2 ręczniki 20-40 cm x 35-40 cm”
- zmianę treści z „1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm” na „1 samoprzylepna serweta operacyjna 175-180 cm x 180 cm”

Pytanie nr 16

Pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie obłożenia pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego, pełnobarierowego laminatu 2-warstwowego (polipropylene, polietylen) o gramaturze 55g/m² o poniższym składzie :

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylene, polietylen), o gramaturze 55g/m² o odporności na penetrację płynów >200cm H₂O.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego zestawu.

Pytanie nr 17

Czy należy zaoferować zestaw, w którym serwety okrywające pacjenta są chłonne na całej powierzchni?

Odpowiedź

Tak, należy zaoferować zestaw, w którym serwety okrywające pacjenta są chłonne na całej ich powierzchni.

Pytanie nr 18

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 zestawów zapakowanych do transportu w karton do magazynowania oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnej różnicy w składzie tj:

- zamiast ręczników w rozmiarze 30cm x 40cm – proponujemy 30,5cm x 34cm,
- zamiast taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9cm x 50cm – proponujemy 10cm x 50cm,
- zamiast serwety samoprzylepnej 175cm x 180-200cm – proponujemy 180cm x 180cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min.72g/m² w miejscu krytycznych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o minimalnej różnicy w składzie tj.
- zamiast dwóch ręczników w rozmiarze 30 cm x 40 cm – 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm,
- zamiast samoprzylepnej serwety operacyjnej 175 cm x 180 cm – proponujemy w rozmiarze 180 cm x 180 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do części nr 2

Pytanie nr 23

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą do litomii typu T ze wzmocnieniem wokół otworu 49cm x 31cm zamiast 50cmx30cm. Różnica 1 cm nie wpłynie na walory użytkowe .Zestaw spełnia pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego zestawu.

Pytanie nr 24

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych częściach składowych:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Współczynnik pylenia = 1,4 log₁₀, odporność na penetrację płynów 41,7 H₂O, obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho (205,6H₂O), na mokro (199,4H₂O)?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 25

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych częściach składowych:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
Współczynnik pylenia = 1,4 log₁₀, odporność na penetrację płynów 110 H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 45kPa, na mokro 40Kpa, a w obszarze wzmocnień 45kPa?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 26

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych częściach składowych:

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm + osobno pakowana serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm?

Współczynnik pylenia = 3,4 log₁₀, odporność na przenikanie cieczy 197H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 180 H₂O, na mokro 172H₂O, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na morko 93N, na sucho 118N.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 27

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do cesarskiego cięcia wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Obciążenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O, współczynnik pylenia 2,3 log(10) oraz odporność na rozerwanie min. 172 kPa. Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący :

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta 2-warstwowa do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 360°(okno 19x28cm) 315x250cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm z włókniny typu Spunlaced
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji ginekologicznych wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O, współczynnik pylenia 2,3 log(10) oraz odporność na rozerwanie min. 172 kPa i w strefach wzmocnionych na sucho/mokro min. 375 kPa. Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm (pad 50 x 140 cm)
- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
- 1 przezroczysta przylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do laparoskopii wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O, współczynnik pylenia 2,3 log(10), odporność na rozerwanie min. 172 kPa i w strefach wzmocnionych na sucho/mokro min. 375 kPa oraz wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne min. 107 N. Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym SMS (okno 28 x 32 cm) (pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 300 x 250 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do części nr 3

Pytanie nr 30

Pozycja 3. Prosimy o wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje część trzecią przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 3.

Pytanie nr 31

Pozycja 3. Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do oddzielnego pakietu np. 3a.? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź

Patrz inne odpowiedzi do tej części przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 32

Prosimy o dopuszczenie obłożenia ze wzmocnieniem 60 cmx76 cm zamiast 60 cmx75 cm. Zestaw spełnia pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego obłożenia.

Pytanie nr 33

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do artroskopii wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do TUR wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Taśmy mocujące w serwecie operacyjnej pokryta klejem nierepozycjonowanym. Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm), wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185 x 200 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji tarczycy wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej, bez celulozy i wiskozy. zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Taśmy mocujące w serwecie operacyjnej pokryta klejem nierepozycjonowanym. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O, współczynnik pylenia 2,3 log(10), odporność na rozerwanie min. 172 kPa Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm
- 1 samoprzylepnym serweta operacyjna z otworem (Ø10 cm) 170 x 250 cm
- 1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji tarczycy wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej, bez celulozy i wiskozy. zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Taśmy mocujące w serwecie operacyjnej pokryta klejem

nierepozycjonowanym. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O, współczynnik pylenia 2,3 log(10), odporność na rozzerwanie min. 172 kPa Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (10 x 10 cm) 200 x 240 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji dłoni wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m².

Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad 150 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38

Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji biodra wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Taśmy mocujące w serwecie operacyjnej pokryta klejem nierepozycjonowanym. Opakowanie wyposażone jest w 2 etykiety typu TAG zawierające informacje jak w SIWZ. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do części nr 4

Pytanie nr 39

Prosimy o dopuszczenie fartuchów o dwóch długościach stosowanych standardowo w większości placówek medycznych tj. 114 cm (rozmiar L), 140 cm (rozmiar XXL) , spełniających pozostałe wymogi SIWZ. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy do Zamawiającego o określenie ilości sztuk odpowiednio dla rozmiaru L i XXL.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy przedstawić ofertę sumując rozmiary od L do S i od XXL do XL.

Pytanie nr 40

Czy na potwierdzenie bezpieczeństwa należy załączyć do oferty raport z wynikami badań niezależnego laboratorium potwierdzający czas przenikania cytostatyków do 4 godzin?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia listy wymaganych dokumentów których przedłożenia wymaga wraz z ofertą lub na etapie oceny ofert.

Pytanie nr 41

Pozycja 1. Czy Zamawiający popuści Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.75 g/m² w rozmiarze M -XXL z 2 ręczniczkami 40cm x 20 zawinięte w papier krepowy i pakowany w torebkę foliowo-papierową?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do części nr 5

Pytanie nr 42

Pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego o poniższym opisie:

Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze minimum 35 g/m² i kroju prostym. Rękawy łączone z fartuchem pomocą 3 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 40,00 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N. Dostępne rozmiary S-XXL. Kolor niebieski. Fartuch sterylny jednorazowego użytku. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister(rękaw folia papier) i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMMMS z rękawami łączonymi z fartuchem za pomocą minimum 3 rzędów ultradźwięków. Zamawiający nie dopuszcza fartucha o barierowości mniejszej niż 49,50 cmH₂O.

Pytanie nr 43

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawami łączonymi za pomocą 3 rzędów ultradźwięków, fartuch dostępny w rozmiarach od M do XXL, opakowanie zewnętrzne folia-papier zamiast blistru.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44

Czy zamawiający dopuści wycenę fartucha w rozmiarze M zamiast S w pierwszej pozycji?

Odpowiedź

W takiej sytuacji należy zaoferować rozmiar M z zsumowaną ilością wyrobów z rozmiaru równego oraz mniejszego od M.

Pytanie nr 45

Pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego o poniższym opisie:

Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze minimum 35 g/m² i kroju prostym. Rękawy łączone z fartuchem pomocą 3 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 40,00 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N. Dostępne rozmiary M-XXL. Kolor niebieski. Fartuch sterylny jednorazowego użytku. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister(rękaw folia papier) i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMMMS z rękawami łączonymi z fartuchem za pomocą minimum 3 rzędów ultradźwięków. Zamawiający nie dopuszcza fartucha o barierowości mniejszej niż 49,50 cmH₂O oraz bez dostępnej rozmiarówki w rozmiarach od S do XXL.

Pytanie nr 46

Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną, o barierowości wynoszącej 41cm H₂O, zapakowany w sterylne opakowanie papierowo-foliowe bez opakowania wewnętrznego, dostępny w rozmiarach S/M, L, XL i XXL? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS o barierowości wynoszącej 36 cm H₂O, zapakowany w sterylne opakowanie papierowo-foliowe bez opakowania wewnętrznego, dostępnego w rozmiarach M-L, XL, XXL?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach M-XXXL wykonanych z włókniny typu SMMMS – tj. włókniny typu SMMS wzmocnioną dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M-XXL pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, którego rękawy łączone są za pomocą 3 rzędów ultradźwięków, barierowość 46 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie zgodnie z SIWZ oraz wytrzymałość na rozciąganie na mokro minimum 46 N, dostępnych w rozmiarach M-XXL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do części nr 6

Pytanie nr 51

Czy zamawiający dopuści regulator przepływu z dwoma skalami dla roztworów o różnych gęstościach: 5-250 ml/h dla 10 % i 5-150 ml/h dla 20 %, wyposażony w standardowy męski łącznik luer lock bez rotacyjnego pierścienia?

Odpowiedź.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

„Regulator przepływu z przedłużaczem, precyzyjny, z minimum dwoma skalami, dla różnych gęstości roztworów: pierwsza zakres minimum 5-250 ml/h dla roztworów o gęstości/lepkości równej lub mniejszej niż 10%, druga zakres minimum 5-150 ml/h dla roztworów o gęstości/lepkości powyżej 10% do 40 %. Bez komory kroplowej, łącznik luer lock lub rotacyjny do łatwego wpięcia do wkłucia, długość zestawu max. 55 cm, sterylny, jednorazowego użytku.

Pytanie nr 52

Czy zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą:

- pierwsza skala od 5 do 250 ml/h (niebieskie cyfry na białym tle) do stosowania w przypadku roztworów o lepkości mniejszej bądź równej 10 %
- druga skala od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na niebieskim tle) do stosowania w przypadku roztworów o lepkości od 10 % do 40 % wyposażony w przewód wykonany z PCV o długości 50 cm, dodatkowy port bezłateksowy do wstrzyknięć, końcówkę ABS męska luer lock zabezpieczona koreczkiem PE, końcówkę PVC żeńską luer lock zabezpieczona koreczkiem PE.

Odpowiedź

Odpowiedź jak pytanie powyżej.

Pytanie nr 53

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma być bez zacisków, dodatkowych portów do dostrzyknięć, wykonany z PCV bez DEHP.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga drenów bez zacisków, dopuszcza dodatkowy port do dostrzyknięć, wymagany z PCV bez DEHP.

Pytania do części nr 7

Pytanie nr 54

Pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego w rozmiarze L oraz XL? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o korektę ilości zamawianych rozmiarów.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę, w takiej sytuacji należy w ofercie zsumować ilość wyrobów mniejszych lub równych L i ilość wyrobów większych lub równych XL.

Pytanie nr 55

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha występującego w rozmiarach L-XL?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę. W takiej sytuacji należy w ofercie zsumować ilość wyrobów mniejszych lub równych L i ilość wyrobów większych lub równych XL.

Pytanie nr 56

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o gramaturze 20 g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Czy zamawiający dopuści wycenę fartucha w rozmiarze L zamiast M w pierwszej pozycji?

Odpowiedź

W takiej sytuacji należy w ofercie zsumować ilość wyrobów mniejszych lub równych L.

Pytanie nr 58

Pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 59

Pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego wykonanego z włókniny o gramaturze minimum 20g/m²?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

Pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25 g/m², rękaw zakończony gumką w rozmiarze L (zastępuje wymagane rozmiary M+L) oraz XL?

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę, co do wyliczenia ilości należy w ofercie zsumować ilość wyrobów mniejszych lub równych L i ilość wyrobów większych lub równych XL

Pytanie nr 61

Prosimy o dopuszczenie fartuchów higienicznych nie będących wyrobem medycznym, fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m², rękawy zakończone elastyczną gumką. Fartuchy w rozmiarach L o dł. 114 cm i XL o dł. 127 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się do zamawiającego o określenie ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, co do wyliczenia ilości należy w ofercie zsumować ilość wyrobów mniejszych lub równych L i ilość wyrobów większych lub równych XL

Pytanie nr 62

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy wyłącznie o wymiarach 112 cm x 140 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze uniwersalnym.

Pytanie nr 66

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o gramaturze minimum 24 g/m² wykończonego dzianinowymi poliestrowymi mankietami, z niezachodzącymi na siebie połami, wiązany z tyłu w pasie i na szyi.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m² w rozmiarach L-XXL?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do części nr 8

Pytanie nr 68

Pozycja 1. Prosimy o wydzielenie ww pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli zamawiającemu na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69

Pozycja 1. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydzielenie poz. 1 o utworzenie odrębnej części w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w rozmiarze 90 x 220 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71

Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 15x250 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 72

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści 3 częściowy pokrowiec na ramię C składający się z:

- część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu
- część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu
- 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do części nr 9

Pytanie nr 74

Pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie ściereczek chłonnych z informacją o dacie ważności oraz numerem serii znajdującym się na opakowaniu jednostykowymi, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 75

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści sterylne ściereczki chłonne o wymiarach 50 x 40 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 76

Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego

chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m². Czepki pakowane w kartoniki po 100 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 77

Pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m². Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Czepki pakowane w kartoniki po 100 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 80

Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści czepki chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 17 g, pakowane w worki foliowe, które chronią przed wilgocią pakowane a'100 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81

Pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie osłony butów wykonanych z SMS (polipropylen) z antypoślizgowym spodem. Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 82

Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o długości ok. 46 cm, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny.

Odpowiedź

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w siwz oraz w pozostałych odpowiedziach na pytania wykonawców.

Pytanie nr 83

Pozycja 2 i 5. Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie – sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 84

Pozycja 2, 3 i 5. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 85

Pozycja 5. Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o wymiarach: w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm \pm 1cm; długość gumki po rozciągnięciu czepka 50-53 cm?

Odpowiedź

Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ.

Pytanie nr 86

Pozycja 4. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka o następujących parametrach: Czepek w formie furazerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace oraz z włókniny polipropylenowej w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 88

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka w całości z perforowanej włókniny wiskozowej zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę pochłaniającą pot. Opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 89

Pozycja 3 i 5. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90

Pozycja 4. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych ściereczek chłonnych spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 30 x 33 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 92

Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek chirurgicznego z włókniny bez perforacji co stanowi optymalną ochronę przed zakażeniami, pakowane w opakowanie a'100 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 93

Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców higienicznych na buty spełniających wymagania SIWZ pakowanych w opakowania a'200 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do części nr 10

Pytanie nr 94

Pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60 z otworem 7 cm z przylepcem.

Odpowiedź

Jeżeli wykonawcy chodzi o produkt z otworem w kształcie koła o średnicy 7 cm to zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 95

Pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60 cm z otworem 6x8 cm z przylepcem.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 96

Pozycja 2-4. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia serwety w ten sposób, aby otwór i podklejenie nie były na linii zagięcia.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymienionego wymogu w zakresie pozycji od 2 do 4.

Pytanie nr 97

Pozycja 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 75x90 cm z otworem 7 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Jeżeli wykonawcy chodzi o produkt z otworem w kształcie koła o średnicy 7 cm to zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98

Pozycja 7. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99

Pozycja 1-7. Czy zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE opakowania zbiorczego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 100

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56 g/m² pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 101

Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45 cm, z otworem 8x6 o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 102

Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 cm z otworem 8 cm o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 103

Pozycja 6. Czy zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56 g/m² pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 104

Pozycja od 1 do 4 oraz 6. Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 105

Pozycja 1-4 oraz 6. Czy zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 106

Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści sterylna serwetę zabiegową o wymiarach 45x75 cm z otworem 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 107

Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową o wymiarach 50 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 108

Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści sterylna serwetę zabiegową o wymiarach 75x90 cm z centralnym otworem 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109

Pozycja 5. Czy zamawiający dopuści sterylną serwetę na stolik Mayo (czerwona folia z niebieskim wzmocnieniem) w rozmiarze 80 cm x 140 cm, wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 30 g/m² (włókna 50 % + 50 % polietylen)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie nr 110

Pozycja 1-4 oraz 6. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych serwet zabiegowych wykonanych z laminatu PE/PP o gramaturze 55 g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 111

Pozycja od 1 do 7. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanych wyrobów pakowanych bezpiecznie w dwa kartony transportowe?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 112

Pozycja 2-3. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych serwet zabiegowych gdzie przy złożeniu otwór oraz podklejenie jest na linii zagięcia?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 113

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety zabiegowej w rozmiarze 50x60 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 114

Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety zabiegowej w rozmiarze 75x90 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 115

Pozycja 4. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety zabiegowej w rozmiarze 75x90 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 116

Pozycja 7. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety pod pośladki w rozmiarze 125x75cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia zostaną spełnione.

Pytania do części nr 11

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 11 serwet gazowych nie pranych wstępnie z elementem (chipem) RTG zamiast nitki i tasiemką, posiadających na opakowaniu oznaczenie (a nie wskaźnik), że produkt jest sterylny, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet nie pranych wstępnie. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet z elementem (chipem) i tasiemką RTG zamiast nitki lub obok niej, posiadających na opakowaniu oznaczenie (a nie wskaźnik), że produkt jest sterylny.

Pytanie nr 118

Pozycje 1 i 2. Czy zamawiający dopuści serwet po praniu technologicznym.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 119

Pozycja 1 i 2. Czy zamawiający dla prawidłowego rozróżnienia serwet wymaga umieszczenia informacji o zawartości tasiemki na opakowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający nie określa treści etykiety identyfikującej wyrób. Wyrób powinien zostać oznaczony minimum w zakresie wymaganym przez prawo dla tego typu produktów.

Pytanie nr 120

Pozycja 1 i 2. Czy zamawiający podając wymiary serwet gazowych wymaga wymiaru wyrobu gotowego przeznaczonego do gotowego użycia?

Odpowiedź

Jest to rozmiar produktu który określa wytwórca jako rozmiar serwety.

Pytania do części nr 12

Pytanie nr 121

Pozycja 3 i 4. Prosimy o wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 122

Pozycja 4. Czy zamawiający dopuści setony pakowane a'1 szt. pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 123

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści kompresy niejałowe o wykroju 28,8x32,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 124

Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści kompresy niejałowe o wykroju 38x43 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 125

Pozycja 3-4. Prosimy zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do SIWZ i wzoru umowy

Pytanie nr 126

Dotyczy § 4 ust. 1

Prosimy zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa w ww § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ.

Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu, a w szczególności z uwagi na fakt czy oferowane wyroby są zgodne z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Tak, zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt d) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 130

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,2% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości przedmiotu sprzedaży niedostarczonego w terminie”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 131

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” zostały zastąpione słowami „po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 132

Zważywszy na treść § 5 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź

Zamawiający zrealizuje zamówienie co najmniej w ilości 80 % ilości przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.