



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W BRZÓZOWIE
PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY
im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielańskiego 18

tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/61/2019

Brzozów, dnia 08.11.2019r.

Dotyczy
postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego
dostawa wyrobów medycznych
Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/61/2019

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 Wzór Umowy Sprzedaży, § 6, pkt 2

Czy Zamawiający celem doprecyzowania wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w punktu o następujący zapis:

„Niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia będącego przedmiotem umowy przez Sprzedającego, powodujące utratę przez Kupującego środków publicznych zagwarantowanych Kupującemu umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia, spowoduje zapłatę na rzecz Sprzedającego na rzecz Kupującego równowartości utraconej kwoty *jako odszkodowania na zasadach wynikających z kc.*”?

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie będzie regulowana przepisami kodeksu cywilnego o odpowiedzialności kontraktowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 Wzór Umowy Sprzedaży, § 6, pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w punktu o następujący zapis:

„Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych

odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 Wzór Umowy Sprzedaży, § 7, pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu:

„W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniu terminu dodatkowego. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat naczyniowy, w którym ruch wzdłużny ramienia C nieznacznie różni się od wymaganego o 1 cm i wynosi 20 cm? Różnica ta nie ma żadnego wpływu na jakość czy sposób wykonywania procedur medycznych a jedynie uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty i preferuje aparat firmy Zhiem Vision RFD.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informuję, iż opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ruch występuję u co najmniej 3 innych producentów.

Pytanie nr 5

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat naczyniowy pozwalający na wykonanie pełnego profilu zabiegów terapeutycznych: angioplastyki, implantacji stentów, miejscowej fibrynolizy, tromboaspiracji, aterektomii, implantacji filtrów do dużych żył, terapeutycznej embolizacji, implantacji stent-graftów oraz usuwania ciał obcych z drzewa naczyniowego, w którym zakres ruchu orbitalnego ramienia wynosi 148°? W procedurach wymienionych powyżej proponowany zakres ruchu jest wystarczający. Musimy zauważyć, że dostępne na rynku ramiona C wykorzystywane do wyżej wymienionych procedur za wyjątkiem aparatu firmy Zhiem Vision RFD, opisanego w powyższej specyfikacji, oferują maksymalny zakres ruchu orbitalnego do 140 stopni.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby bez repozycjonowania móc wykonać wysokospecjalistyczne procedury angiograficzne, jednocześnie informuje iż co najmniej 2 producentów wysokospecjalistycznej aparatury posiada parametry wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 23

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza ramię C pracujące ze zmienną częstotliwością pracy generatora, której zakres wynosi 18 – 50 kHz. Taki tryb pracy nie powoduje utraty jakości, ani ograniczeń w codziennej pracy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 26

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat wyposażony w tryby fluoroskopii pulsacyjnej i radiografii cyfrowej, w którym szerokość impulsu mieści się w węższym zakresie od 5 - 14ms?

Nowoczesne aparaty RTG realizujące funkcję fluoroskopii charakteryzują się odmiennym podejściem od wcześniejszych, starszych technologii w aspekcie jakości obrazowania w korelacji z poziomem dawki. W trakcie fluoroskopii pulsacyjnej im krócej trwają pulsy a posiadają większe natężenie prądu, tym bardziej kontrastowe i wyraźniejsze stają się uzyskiwane obrazy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga szerokiego impulsu, aby w znaczny sposób ograniczyć dawkę dla pacjenta i personelu.

Pytanie nr 8

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 29

Czy Zamawiający dopuści aparat automatycznie dopierający parametry we wszystkich trybach pracy dla mA w zakresie 3 – 250 mA, natomiast kV w zakresie 40 – 120 kV (nie co 1 kV)? W przypadku wykonywanych zabiegów dobór napięcia co 1 kV nie ma żadnego zastosowania klinicznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Regulacja skoków co 1 kV ma na celu dostosowanie warunków pracy do różnych pacjentów m.in. z nadwagą.

Pytanie nr 9

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 45

Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności cieplnej kołpaka wynoszącej 5300 kHU?

Pragniemy zaoferować aparat wyposażony w system aktywnego chłodzenia, w układzie zamkniętym zintegrowanym z głowicą RTG oraz ramieniem C, co zapewnia przedłużoną dostępność promieniowania w trakcie wydłużonych czasów fluoroskopii, np. podczas złożonych procedur realizowanych na sali operacyjnej.

Jest to w zupełności wystarczająca wartość pojemności cieplnej, która w połączeniu z bardzo dużą szybkością chłodzenia kołpaka na poziomie 163 KHU/min zapewni ciągłą pracę aparatu, nawet w przypadku długotrwałych procedur wewnątrznaczyniowych.

Opisany obecnie w SIWZ wymóg ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga ze względu na konieczność wykonywaniu często bardzo długich zabiegów angiograficznych i wyeliminowanie występowania przegrzania się lampy rtg .

Pytanie nr 10

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 50.

Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem, którego wielkość piksela wynosi 152 μm ?

Jest to wielkość nieznacznie różniąca się od wymaganej przez Zamawiającego i nie będzie miała istotnego znaczenia dla użytkowania aparatu i otrzymywanych obrazów, gdyż są one wyświetlane na monitorach o rozdzielczości 1280x1024.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 54

Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem, którego rozdzielczość i matryca przetwarzania obrazu wynosi 1360 x 1360 pikseli?

Jest to wielkość nieznacznie różniąca się od wymaganej przez Zamawiającego i nie będzie miała istotnego znaczenia dla użytkowania aparatu i otrzymywanych obrazów, gdyż są one wyświetlane na monitorach o rozdzielczości 1280x1024.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający stawia na jak najlepszą jakość diagnostyczną a w przypadku badań kardiologicznych m in. wprowadzaniu cewnika jakość obrazu ma bardzo duże znaczenie.

Pytanie nr 12

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 71.

Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji wysokości monitorów w pionie zamiast regulacji pochylenia?

Podczas przedłużających się zabiegów w przypadku zmiany pozycji operatora ze stojącej na siedzącą możliwość zmiany wysokości monitorów znacząco poprawia komfort i ergonomię pracy.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG, pkt 73.

Czy Zamawiający poprzez wymóg sterowania urządzenia poprzez dwa monitory kolorowe dotykowe, wszystkimi funkcjami generatora wraz z podglądem obrazu żywego dla obsługi rozumie wymóg dostarczenia aparatu z jednym panelem z monitorem dotykowym zamontowanym na ramieniu C oraz drugim panelem z monitorem dotykowym montowanym do szyny stołu, umożliwiającym sterowanie z pola sterylnego?

Jest to typowe rozwiązanie w tej klasie aparatu, zapewniające pełną funkcjonalność i kontrolę dla operatora.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG.

Czy Zamawiający będzie wymagał zmotoryzowanych ruchów ramienia C tj. ruchu orbitalnego i ruchu wokół osi wzdłużnej, tak jak wymaga zmotoryzowanego ruchu ramienia C w pionie?

Jest to bardzo istotna funkcjonalność znacząco ułatwiająca wykonywanie zabiegów podczas długotrwałych procedur wewnątrznaczyniowych. Z tego względu prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w postępowaniu zmotoryzowanych ruchów ramienia C tj. ruchu orbitalnego (LAO/RAO) i wokół osi poziomej (CRAN/CAUD).

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

**Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG
PARAMETRY URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE OCENIE W ZAKRESIE
KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNE.**

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację za dostęp do funkcji zwalniania i blokowania hamulców bezpośrednio przy detektorze TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt?

Dzięki temu Operator ma możliwość ustawiania aparatu z pola sterylnego samodzielnie po zwolnieniu hamulców, co znacząco zwiększa ergonomię i szybkość pracy, ponieważ nie wymaga angażowania pomocniczego personelu np. w celu niewielkiej zmiany ustawienia kąтового ramienia C.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

**Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŹNY - APARAT RTG
PARAMETRY URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE OCENIE W ZAKRESIE
KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNE.**

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić ocenę punktową zarówno dla prędkości chłodzenia kołpaka jak i szybkości chłodzenia anody, przyznając dla największych wartości po 20 pkt?

Są to równie istotne parametry zespołu lampy rtg jak oceniana przez Zamawiającego pojemność cieplna kołpaka i powinny również podlegać ocenie.

46	Prędkość chłodzenia kołpaka	$\geq 80 \text{ kHU/min} - < 100 \text{ kHU/min} - 0 \text{ pkt}$ $\geq 100 \text{ kHU/min} - 20 \text{ pkt.}$	
47	Szybkość chłodzenia anody	$\geq 75 \text{ kHU/min} - < 85 \text{ kHU/min} - 0 \text{ pkt.}$ $\geq 85 \text{ kHU/min} - 20 \text{ pkt.}$	

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy SIWZ, pkt 5 oraz Załącznik nr 7 Wzór Umowy Sprzedaży, § 3, pkt 1 i 2.

Zamawiający w pkt 5. SIWZ określa termin realizacji zamówienia:

„Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawa, montaż uruchomienie i przeszkolenie personelu: do 10.12.2019r.”

Natomiast w projekcie umowy rozdziela w par. 3 ust.1 i 2 termin dostawy od terminu instalacji i uruchomienia.

Pragniemy zwrócić uwagę iż montaż aparatu ma się odbyć w przygotowanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

Za termin przygotowania tych pomieszczeń nie odpowiada Oferent i w związku z tym termin montażu i uruchomienia powinien być związany z terminem przekazania pomieszczeń gotowych do montażu.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści dostawę do 10.12.2019, a montaż i uruchomienie w terminie do 15 dni roboczych po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy pomieszczeń przygotowanych wg wytycznych producenta?

Ww. zmiana da nam możliwość złożenia ważnej oferty, przy i tak bardzo krótkim terminie pozostającym na dostawę aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala następujące terminy:

- termin dostawy sprzętu: do 10.12.2019r.

- termin montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu: do 13.12.2019r.

Pytanie nr 18

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 Wzór Umowy Sprzedaży, § 2, pkt 2b

Prosimy o potwierdzenie, że prace adaptacyjne umożliwiające montaż aparatu telekomando, wskazane w wytycznych producenta zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o udostępnienie wersji elektronicznej projektu osłon stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu.

Odpowiedź:

Elektroniczna wersja projektu osłon stałych udostępniona jako odrębny załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 20

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej rzutu pomieszczeń w których zlokalizowana jest pracownia RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada aktualnych rzutów pomieszczeń – niezbędna jest wizja lokalna u Zamawiającego.

Pytanie nr 21

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o udzielenie informacji o nośności stropu w pomieszczeniu, w którym ma zostać zainstalowany aparat typu telekomando.

Odpowiedź:

Zamawiający dostosuje strop do potrzeb montażu dostarczanego przez Wykonawcę aparatu

Pytanie nr 22

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o potwierdzenie, że w pracowni jest sprawna wentylacja i Zamawiający dysponuje protokołem pomiaru skuteczności wentylacji nie starszym niż 12m.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w pracowni jest sprawna wentylacja. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 w części dotyczącej ZADANIA 2 pkt. 122. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

122	Wykonanie projektu osłon stałych	TAK	
-----	----------------------------------	-----	--

Pytanie nr 23

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o określenie dostępnej mocy przyłączeniowej dla aparatu typu telekomando.

Odpowiedź:

Zamawiający dostosuje przyłącz zgodnie ze specyfikacją dostarczanego aparatu.

Pytanie nr 24

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o informacje na temat zlokalizowania kabla zasilającego aparat, liczby żył i przekroju żył.

Odpowiedź:

Zamawiający dostosuje przyłącz zgodnie ze specyfikacją dostarczanego aparatu.

Pytanie nr 25

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO, pkt 83, WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona adaptacje pomieszczenia według wytycznych producenta, przekazanych w dniu podpisania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że przystosowane według wytycznych producenta pomieszczenia zostaną przekazane Wykonawcy celem instalacji aparatu nie później niż 15 dni roboczych przed terminem realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wykona we własnym zakresie adaptacje pomieszczenia według wytycznych producenta przekazanych przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. Termin wykonania prac zostanie podany Wykonawcy po zapoznaniu się z zakresem prac adaptacyjnych.

Pytanie nr 26

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje wystawienia faktury na podstawie protokołu dostawy, a potwierdzeniem wykonania całości przedmiotu umowy będzie podpisany protokół odbioru?

Odpowiedź:

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru sprzętu.

Pytanie nr 27

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 Wzór Umowy Sprzedaży, § 5, pkt 4.

Czy Kupujący zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 7 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 7 Wzór Umowy Sprzedaży, § 5, pkt 5

Czy Kupujący zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 8 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOŻNY - APARAT RTG, pkt 85, Inne wymagania.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w zapisu na:

"Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat od daty odbioru. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych"?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy SIWZ, pkt 1, ppkt 4.

Prosimy o doprecyzowanie w jakim załączniku należy złożyć stosowne oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego wynikające z RODO. Wskazany Załącznik nr 1 do SIWZ stanowi Opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Powyższe oświadczenie znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ (oferta asortymentowo-cenowa). Powyższe oświadczenie Wykonawca może również złożyć w dowolnym miejscu w ofercie przetargowej.

Pytanie nr 31

Dotyczy SIWZ, pkt 6, ppkt 3

Czy Zamawiający potwierdza, że wzór oferty stanowi załącznik nr 9 ?

Odpowiedź: Tak, wzór oferty stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający może złożyć ofertę w dowolnej formie z zachowaniem treści i wszystkich elementów określonych w załączniku nr 9. Wykonawcy składający ofertę na pakiet nr 4 nie są zobowiązani do umieszczania w swojej ofercie tabelki określającej parametry techniczne podlegające ocenie w zakresie kryterium „Parametry techniczne”.

Pytanie nr 32

Dotyczy Załącznika nr 1 Zadanie 1: Cyfrowy mammograf do SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wraz z mammografem dostarczenia osobnego urządzenia w postaci tzw. mobilnego mammografu śródoperacyjnego o parametrach detektora min. 12x15cm oraz piksela max. 25µm. Urządzenie umożliwia prześwietlanie biopsatów pobranych na mammografie podczas biopsji mammotomicznej (próżniowej), aby zweryfikować mikrozwapnienia, a także wyciętych tkanek piersi na bloku operacyjnym w celu oceny marginesów usuniętego preparatu tkankowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga

Pytanie nr 33

Dotyczy Zadania nr 3: angiografu mobilnego.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż ze względu na wysokospecjalistyczne procedury m in. kardiologiczne wymogiem będzie dostarczenie aparatu z generatorem o mocy min. 25 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 34

Dotyczy Umowy §5 ust 4.

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych

(w przypadku wymiany części zamiennych sprowadzanych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 35

Dotyczy Umowy §6 ust 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36

Dotyczy wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości

reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy (zadanie nr 2, pkt. 1).

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego istotne elementy tj. Generator lampa RTG ścianka zdalnie sterowana i statyw pochodzą od jednego wytwórcy i objęte są jednym wspólnym certyfikatem CE? Wspólny certyfikat CE jest zapewnieniem, że aparat współpracuje jako całość i nie jest składany z części niewspółpracujących ze sobą.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dotyczy (zadanie nr 2, Pkt. 19)

Czy Zamawiający uzna za spełniający i będzie punktował zapis "Ścianka automatycznie ustawia się do pozycji zapisanej w programie narządowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39

Dotyczy (zadanie nr 2, Pkt. 27).

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o odległości blat stołu-detektor wynosi 7,8 cm ? Różnica 0.3 cm nie jest różnicą istotnie wpływającą na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40

Dotyczy (zadanie nr 2, pkt. 41).

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o szybkości chłodzenia lampy 140 kHU/min? Aparat posiada znacznie wyższą pojemność cieplną lampy co rekompensuje różnicę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy (zadanie nr 2, pkt. 67).

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o wysięgu poziomym ramienia 104,5? Aparat posiada zwartą i lekką konstrukcję ułatwiającą pozycjonowanie przy łóżku pacjenta więc różnica 15 cm nie wpłynie na możliwość obrazowania.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy wskazanego zadania i punktu.

Pytanie nr 42

Dotyczy (zadanie nr 1, pkt. 21)

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności autotrackingu ścianki płucnej? Jest to funkcjonalność znacznie podnosząca poziom skomplikowania aparatu co za tym idzie koszty serwisowania w okresie pogwarancyjnym.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy wskazanego zadania i punktu.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyznaczenie terminu wizji lokalnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1 – Mammograf cyfrowy.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z mammografem cyfrowym automatycznego bezwładowego wstrzykiwacza środka cieniującego i soli filzjologicznej, który pracuje przy użyciu materiałów zużywalnych o certyfikowanej sterylności przez 24 godziny niezależnie od ilości iniekcji, nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheptylu)?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami w SIWZ zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem automatycznego wstrzykiwacza.

Opisane w pytaniu rozwiązania zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 45

Dotyczy pkt 5 SIWZ - Termin realizacji zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do max. 31.12.2019 r.

Określony przez Zamawiającego termin realizacji do 10 grudnia 2019 r. może okazać się niewystarczający, np. w przypadku przedłużającego się rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy.

Należy wziąć pod uwagę, że oferowany sprzęt produkowany jest przez producenta zagranicznego, zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie.

Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin 10.12.2019 r. może być niemożliwy do dotrzymania.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala następujące terminy:

- termin dostawy sprzętu: do 10.12.2019r.

- termin montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu: do 13.12.2019r.

Pytanie nr 46

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 27 „Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna do min. 5 formatów”.

Prosimy o modyfikację punktu na „Kolimacja automatyczna lub kolimacja ręczna do min. 5 formatów” oraz zmianę parametrów podlegających ocenie na:

27	Kolimacja automatyczna lub kolimacja ręczna	Kolimacja ręczna – 0 pkt
----	---	--------------------------

	do min. 5 formatów	Kolimacja automatyczna – 10 pkt
--	--------------------	---------------------------------

Argumentując powyższą prośbę pragniemy zauważyć, że kolimacja automatyczna jest rozwiązaniem nowocześniejszym i użytkowo lepszym, ponieważ staranność jej wykonania przyczynia się do zmniejszenia dawki.

Zapis w pierwotnym brzmieniu nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i w sposób rażący preferuje parametry mammografu firmy HOLOGIC.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający doprecyzowuje i wyjaśnia, że oczekuje dostarczenia mammografu z funkcją kolimacji automatycznej, a przyznaje punkty dla systemów posiadające kolimację automatyczną i ręczną.

Pytanie nr 47

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf

Dotyczy pkt 29 „Generator zabudowany w statyw mammografu”.

Prosimy o dopuszczenie mammografu cyfrowego posiadającego generator wolnostojący.

Jako wiodący producent cyfrowych rozwiązań pragniemy zwrócić uwagę, że postawiony przez Zamawiającego wymóg nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Generator w nowoczesnych mammografach zajmuje mało miejsca i w żaden sposób nie utrudnia dostępu do mammografu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie z generatorem zlokalizowanym poza obudową statywu urządzenia jest funkcjonalnie korzystniejsze. Pozwala na lepsze chłodzenie generatora, który w czasie pracy wydziela dużą ilość ciepła. Poprawia również warunki serwisowania sprzętu, przez co wpływa na znaczne skrócenie czasu przestoju aparatu w czasie dokonywania niezbędnych przeglądów czy napraw. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty w powyższym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Według wiedzy Zamawiającego co najmniej pięciu producentów obecnych na rynku polskim posiada generator zabudowany w statyw. Dodatkowe skrzynka generatora oraz okablowanie może ograniczać ergonomię pracy w gabinecie.

Pytanie nr 48

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 36 „Odległość ognisko – detektor obrazu (SID)”.

Prosimy o rezygnację z punktacji w powyższym punkcie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że każdy producent posiada unikalne rozwiązania w zakresie tego parametru, a różnice wielkości kilku cm nie mają wpływu na jakość uzyskiwanych wyników. Nie ma też potwierdzenia, że większa wartość SID przynosi kliniczne korzyści.

Zgodnie z wzorcowymi procedurami radiologicznymi z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r., poz. 78) badania mammograficzne wykonywane są z odległości SID (FFD) ≥ 60 cm (procedura 118 str. 499). Stosowanie wysokich odległości SID zwiększa dawkę promieniowania, którą

otrzymuje pacjent. Punktowanie tego parametru w zakresach wyższych niż wymagane faworyzuje ponownie rozwiązanie firmy HOLOGIC.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Większa odległość ułatwia pozycjonowanie pacjentki oraz wykonywanie procedur biopsyjnych. Według wiedzy Zamawiającego parametr nie ogranicza żadnego dostawcy mammografu, a co najmniej dwóch dostawców posiada SID większy niż 68cm.

Pytanie nr 49

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf

Dotyczy pkt 37 „Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x”.

Prosimy o dopuszczenie mammografu cyfrowego z zestawem do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia 1,8x lub modyfikację treści parametru na: „Zestaw do zdjęć powiększonych o wartości współczynnika powiększenia co najmniej 1.5x”.

Pragniemy zauważyć, że według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, warunkiem realizacji świadczenia dla pogłębionej diagnostyki mammograficznej jest możliwość wykonywania zdjęć z powiększeniem co najmniej 1,5x. Wymóg posiadania dwóch powiększeń jest zatem nieuzasadniony i zbędny. Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotem zamówienia jest mammograf cyfrowy pozwalający na dużo dokładniejszą analizę zdjęcia niż w przypadku urządzeń analogowych. Biorąc pod uwagę, iż lekarz diagnosta przy ocenie badania korzysta z powiększenia cyfrowego, tym samym wymóg konkretnego współczynnika powiększenia lub w ogóle zestawów o dwóch różnych współczynnikach jest zbędny, gdyż nie daje ani użytkownikowi, ani lekarzowi, żadnych wymiernych korzyści. Proponowana modyfikacja zapisu zagwarantuje Zamawiającemu otrzymanie najwyższej klasy urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu zasady uczciwej konkurencji.

Alternatywnie, jeśli Zamawiający zainteresowany jest możliwością uzyskania dwóch powiększeń, choć z informacji użytkowych wynika, że nawet mając taką możliwość, użytkownicy korzystają tylko z jednego zestawu, prosimy o zmianę parametrów podlegających ocenie na:

27	Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia co najmniej 1,5x	1,5x lub 1,8x – 0 pkt 1,5x i 1,8x – 10 pkt
----	---	---

Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty w powyższym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje otrzymania systemu z powiększeniem 1,5x, a przyznaje punkty dla systemów które oprócz 1,5x posiadają powiększenie 1,8x.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 40 „Zakrzywiony kształt płytki uciskowej małego u dużego formatu, odwzorowujący kształt kobiecej piersi – płytka uwypuklona do góry w środkowej części (dla poprawy komfortu i dokładniejszego docięnięcia piersi)”.

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne (tj. przyzna punkty) zaoferowanie dwóch unikalnych adaptacyjnych płytek kompresyjnych których płaszczyzna styku z piersią wygina się i dopasowuje do kształtu piersi, co pozwala płytce na równomierne rozłożenie nacisku a jednocześnie bezpiecznie utrzymuje pierś zapewniając idealne rozłożenie tkanki?

Zamieszczony przez Zamawiającego opis definiuje wprost konkretne rozwiązanie stosowane w mammografie firmy HOLOGIC.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 43 „Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO)”.

Prosimy o usunięcie powyższego wymagania

Pragniemy zwrócić uwagę, że automatyczny przesuw płytki nie eliminuje konieczności ręcznej obsługi przez technika. Po wykonaniu ekspozycji, gdy następuje zwolnienie kompresji i przesunięcie płytki, kompresja piersi musi nastąpić przy udziale technika, który dokonuje pozycjonowania piersi. Zwracamy także uwagę iż operacja manualnego przesunięcia płytki w oferowanym przez nas systemie jest intuicyjna, wymaga tylko jednej ręki, którą i tak technik wykorzystuje podczas pozycjonowania piersi, a dodatkowo płytka z manualnym przesuwem cechuje się niższym kosztem i mniejszą awaryjnością.

Punktowanie tego parametru w zakresach wyższych niż wymagane faworyzuje ponownie rozwiązanie firmy HOLOGIC.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ. Rozwiązanie ułatwiające i przyspieszające pracę technika.

Pytanie nr 52

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf

Dotyczy pkt 56 „Czas wykonania skanu tomosyntezy”.

Prosimy o rezygnację z punktacji w powyższym punkcie.

Punktowanie tak skrajnie niskiego czasu skanu faworyzuje ponownie rozwiązanie firmy HOLOGIC. Dochodzimy do absurdu, kiedy to jeden z najszybciej pracujących mammografów dostępnych na rynku (czas wykonania skanu tomosyntezy 4s), który pragniemy zaoferować nie zdobywa punktów.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisu o treści:

56	Czas wykonania skanu tomosyntezy	Wartość poniżej 4s – 10 pkt Wartość od 4s do 10s – 0 pkt
----	----------------------------------	---

z Załącznika nr 1 ZADANIE NR 1 w części „PARAMETRY URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE OCENIE W ZAKRESIE KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNE”.

Pytanie nr 53

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 58 „Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D i pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole)”.

Prosimy o usunięcie powyższego wymagania

Zwracamy uwagę, że tak postawiony wymóg nie ma ani uzasadnienia klinicznego ani prawnego o czym jasno stanowi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych tj. braku wymogu dotyczącego obrotu ramienia do pozycji 180⁰ (stolik na górze, lampa na dole) dla badań 3D (tomosyntezy). Obrazowanie 3D wykonuje się w projekcjach CC, MLO i ML – nie ma procedury na zastosowanie pozycji gantry -180⁰. Przy badaniu tomosyntezy – ze względu na dynamikę badania (ruch lampy RTG) - pozycja -180⁰ powodowałaby duże ryzyko kolizji z nogami pacjentki oraz narażenie na zwiększoną dawkę w związku z ekspozycją w kierunku twarzy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga w punkcie 34, aby system miał możliwość ustawienia ramienia w pozycji -180° dla badań standardowych. Zamawiający przyznaje punkty dla systemu, który posiada taką opcję dla tomosyntezy, ponieważ nie chce ograniczać jej funkcjonalności dla wszystkich możliwych projekcji.

Pytanie nr 54

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 72 „Oprogramowanie do obliczania ilości niezbędnego środka kontrastowego odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji”.

Prosimy o usunięcie powyższego wymagania.

Obliczenia ilości niezbędnego środka kontrastowego jest zależna od kwestii klinicznych i decyzji osoby obsługującej a także stanowić może część oprogramowania systemu wstrzykiwacza.

Alternatywnie prosimy o zmianę zapisu na:

„Oprogramowanie z możliwością timera czyli odliczania czasu od podania środka kontrastującego, co ułatwia określenie właściwego momentu wykonania pierwszej ekspozycji”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność ułatwiająca pracę.

Pytanie nr 55

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt. 102 „Możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową i przesyłania notatki do stacji akwizycyjnej Możliwość przesyłania adnotacji dwukierunkowo: ze stacji opisowej do stacji akwizycyjnej oraz ze stacji akwizycyjnej do stacji opisowej”.

Prosimy o dopuszczenie mammografu cyfrowego ze stacją diagnostyczną, która posiada możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową, natomiast bez opcji przesyłania notatki do stacji akwizycyjnej. Pragniemy zauważyć, że powyższa funkcjonalność nie ma praktycznego zastosowania w codziennej pracy użytkownika. Badania wraz z notatkami i zaznaczonym obszarem są archiwizowane i w każdej chwili dostępne na serwerze PACS. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty w powyższym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie podziela opinii i uważa, że opisana funkcjonalność znacząco ułatwia pracę i komunikację między technikiem i lekarzem opisującym.

Pytanie nr 56

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

DETEKTOR CYFROWY.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na punktowanie dodatkowego parametru jakim jest kształt pojedynczego piksela detektora?

Nasza unikalna technologia pozwala na uzyskanie kształtu sześciokąta (układ jak dla plastra miodu), co znacznie zwiększa czułość detektora (do 20% w stosunku do klasycznych rozwiązań) oraz zmniejsza dawkę ekspozycji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obrazów – kształt ten ułatwia też znacznie procedury rekonstrukcji obrazów dla ekspozycji tomosyntezy i umożliwia łatwe zmiany rozdzielczości w tych trybach. Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego punktu

	Kształt pojedynczego piksela	Kwadratowy – 0 pkt Kształt sześciokąta -10 pkt
--	------------------------------	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt. 49 „Zakres dynamiki detektora”.

Zwracamy uwagę zamawiającemu aby promował rozwiązania bardziej zaawansowane technicznie, jakim jest detektor 16-bitowy. Różnica w liczbie odczytywanych odcieni w skali szarości jest znacząca w zależności od zakres dynamiki:

12bit – 4096

14bit – 16384

16bit – 65536

Duży zakres dynamiki obrazu wpływa na jego lepszą interpretację i może przyczynić się do dokładniejszej oceny badania co w mammografii ma bardzo istotne znaczenie.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o wprowadzenie punktacji do punktu zgodnie z propozycją:

49	Zakres dynamiki detektora	14 bit – 0 pkt Powyżej 14 bit – 10 pkt
----	---------------------------	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

DETEKTOR CYFROWY.

Wnioskujemy o dodanie kolejnego parametru oceny urządzenia. Współczynnik DQE jest miarodajną oceną każdego cyfrowego detektora. Wskazuje on na ilość informacji zbieranej przez detektor, czyli określa jakość odwzorowania wykonanego badania na uzyskanym obrazie diagnostycznym.

W interesie Zamawiającego jest pozyskanie urządzenia z detektorem cyfrowym o jak najwyższym współczynniku DQE.

	Wartość współczynnika DQE	65-70% - 0 pkt Powyżej 70% - 20 pkt
--	---------------------------	--

Ponad wyżej wskazane pytania dotyczące cyfrowego mammografu, pragniemy zwrócić uwagę, iż Zamawiający promuje rozwiązanie jednego Wykonawcy. Wszystkie przyjęte parametry graniczne oraz ustalona punktacja wskazują, iż Zamawiający dokonał już wyboru urządzenia firmy HOLOGIC, a niniejsze postępowanie ma doprowadzić tylko do jego zakupu. Tym samym naruszone są wszelkie zasady uczciwej konkurencji, a przede wszystkim obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i celowy. Dodatkowo Zamawiający przyznaje punkty w kryterium jakości nie uwzględniając parametrów zbliżonych, a jedynie te, które urządzenie HOLOGIC spełnia w największym stopniu i dzięki temu uzyska największą liczbę punktów w danej pozycji. Konkurencyjne urządzenie o parametrze nieznacznie różniącym się nie otrzyma żadnych punktów. Tym samym ocena ta jest nieproporcjonalna. Należy również stwierdzić, że Zamawiający przyznaje punkty za parametry technicznie i funkcjonalnie nieistotne, a pomija parametry, które mają największe znaczenie dla jakości wykonywanych badań i bezpieczeństwa pacjenta. Świadczy to o tym, iż Zamawiający nie jest zainteresowany zakupem urządzenia o najlepszych możliwych parametrach w ramach przewidzianych środków finansowych, a jedynie zakupem konkretnego z góry wybranego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z projektu umowy paragraf 5 pkt 15 na: „W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia aktualizacji do najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, programów komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowej wersji, o ile aktualizacja ta będzie miała istotny wpływ na pracę urządzenia, co zaleci jego producent”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO, Osłony radiologiczne

Czy Zamawiający dopuści produkty osłony radiologicznej: osłona tarczycy oraz okulary ze szkłami ochronnymi, które posiadają certyfikaty dla norm PN EN 61331-3:2014 oraz w rozporządzenie PPE 2016/425 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Wszystkie odpowiedzi na pytania, które prowadzą do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

P. Organ
mgr Piotr Organ

[Signature]
[Signature]